



INFORME DE COLCHÓN VISCOELÁSTICO TERMOPUR

La superficie viscoelástica "termopur" ha sido probada durante 8 meses, en la unidad de Ictus de la planta 14, en pacientes que ingresan con afectación neurológica.

Durante el período de prueba, se observa que el colchón permite la adaptabilidad anatómica al cuerpo, favoreciendo el descanso del usuario. La funda es suave y transpirable evitando la formación de arrugas y exceso de temperatura y humedad, características imprescindibles para la prevención de aparición de lesiones cutáneas.

Por otro lado, el colchón se adapta bien a las camas del hospital, no interfiriendo en el manejo de las barandillas laterales, ni en los cambios de plano del somier (ej. Posición Fowler), manteniendo sus propiedades originales en cualquier posición.

La funda es impermeable y permite una adecuada desinfección y limpieza al alta del paciente.

Por último, los pacientes consultados refieren un adecuado descanso, aunque no saben precisar cuales son las diferencias sustanciales. Los pacientes que han utilizado este colchón no han presentado UPP (úlceras por presión) durante su uso, siendo por tanto una herramienta más para prevenir la aparición de úlceras.

Fdo: Carmen Solla Rojo
Supervisora de la planta 14 de
Neurología y Digestivo.
Hospital 12 de Octubre.